ardo carum

KURZANLEITUNG – DIE ERSTEN SCHRITTE

Ardo Kurzanleitung Carum de / V02 / 08.2023

1 Ein-/Ausschalten



2 Stimulieren (2 Min.)



Individuell anpassbar



3 Abpumpen



Individuell anpassbar



Ardo medical AG, Gewerbestrasse 19, 6314 Unterägeri, Schweiz, info@ardo.ch, T +41 41 754 70 70, www.ardo.ch
Ardo medical GmbH, Argelsrieder Feld 10, 82234 Weßling, Deutschland, T +49 81 53 90 877 0, www.ardo.de

ardo SWITZERLAND

WEITERE FUNKTIONEN

Sensitiv-Programm

Das Sensitiv-Programm hilft beim Abpumpen bei wunden Brustwarzen – Abpumpen ohne vorherigen Stimulationsmodus mit tiefem Vakuum.

- Ein/Aus-Taste betätigen
- Die LCD-Anzeige erwacht mit der Welcome-Seite
- Drücken der Modustaste, während die Welcome-Seite erscheint



Die Carum pumpt im Abpumpmodus mit einer kaum spürbaren Saugstärke und Saugfrequenz.

Zeitmessung / Stoppuhr

Die Zeitmessung startet automatisch beim Einschalten der Carum. Durch einmaliges Drücken der Taste wird die Zeitmessung gestoppt. Bei der zweiten Betätigung der Zeittaste wir die Uhr auf 00:00 zurückgesetzt. Durch nochmaliges Drücken der Stoppuhrtaste beginnt die Uhr wieder zu laufen.



Dimmfunktion

Damit das Abpumpen in dunklen Räumen angenehmer ist, kann die Helligkeit des LCD-Displays durch einmaliges Drücken der Lampentaste reduziert werden.

Dieses Dimm-Licht kann jederzeit ein- und ausgeschaltet werden.



Milchspendereflex

Der Milchspendereflex kann mehrmals ausgelöst werden. Reduziert sich der Milchfluss, kann durch ein erneutes Betätigen der Modus Taste jederzeit wieder in den Stimulationsmodus gewechselt werden.



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Ardo medical AG, Gewerbestrasse 19, 6314 Unterägeri, Schweiz, info@ardo.ch, T +41 41 754 70 70, www.ardo.ch
Ardo medical GmbH, Argelsrieder Feld 10, 82234 Weßling, Deutschland, T +49 81 53 90 877 0, www.ardo.de

ardo SWITZERLAND