







- ① 1× Umhängeband / Lanyard / Lanyard / Cordino / Cordón / Sleutelkoord
- ② 1× Milchflasche / Milk bottle / Bouteille de lait / Bottiglia di latte / Botella de leche / Melkfles
- ③ 3× Silikonventil mit Schläuchen / Silicone valve with tubes / Valve en silicone avec tubes / Valvola in silicone con tubi / Válvula de silicona con tubos / Siliconen ventiel met slangetjes
- ④ 1× Ventilkappe / Valve cap / Capuchon de valve / Tappo della valvola / Tapa de la válvula / Ventieldop
- ⑤ 1× Verbindungsring / Connection ring / Anneau de raccordement / Anello di connessione / Anillo de conexión / Verbindingsring
- ⑥ 50× Klebestreifen / Adhesive strips / Bande adhésive / Strisce adesive / Tiras adhesivas / Zelfklevende strips



Ardo medical AG
Gewerbestrasse 19
6314 Unterägeri
Switzerland

T +41 41 754 70 70
info@ardo.ch
www.ardomedical.com

Ardo medical GmbH
Argelsrieder Feld 10
82234 Wessling
Germany

9904.578 / V01 / 072025

Verwendungszweck
Das Ardo Brusternährungsset ist ein spezielles Stillhilfsmittel, mit dem das Zufüttern und Stillen des Babys kombiniert werden kann. Es wird vor allem in Situationen eingesetzt, in denen:

- das Baby zusätzlich zur Muttermilch aus der Brust Nahrung benötigt (z. B. bei Frühgeborenen),
- die Mutter (noch) nicht ausreichend Milch produziert,
- das Baby Schwierigkeiten beim Saugen hat oder
- Adoptiv- oder Pflegeeltern eine Stillbeziehung aufbauen möchten.

Sicherheitshinweise

- Verfüttern Sie Milch idealerweise bei Körpertemperatur (max. 37 °C); erwärmen Sie diese niemals in der Mikrowelle!
- Überprüfen Sie das Set vor jedem Gebrauch, bei Schäden oder Verunreinigungen entsorgen.
- Bewahren Sie das Set ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt ist aus Hygienegründen nur für eine Person bestimmt.

Anwendung

- Waschen Sie vor dem Gebrauch Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.
- Fädeln Sie den Metallstift vom Umhängeband (1) durch die Öse in der Flasche (2) und ziehen das Band fest.
- Setzen Sie das Silikonventil mit den beiden Schläuchen (3) auf den Ventilhalter (4) auf und drücken ihn fest.
- Nun führen Sie die Schläuche von oben durch den Verbindungsring (5) und setzen das Ventil mit Halter in diesen ein.
- Geben Sie die gewünschte Menge Milch in die Flasche (2) und schrauben Sie den Verbindungsring mit Ventil auf die Flasche auf.
- Klemmen Sie beide Schläuche in den Schlitzen des Verbindungsring ein um die Milch zu blockieren, bevor Sie die Flasche umdrehen (Bild 1).
- Hängen Sie die Flasche auf Brusthöhe um den Hals und positionieren Sie den Schlauch so, dass dieser bündig mit der Brustwarze ist oder minimal hinausragt (Bild 2). Sichern Sie die Position des Schlauchs mit Hilfe der Klebestreifen (6).
- Wollen Sie nur an einer Brust stillen, können Sie den zweiten Schlauch mit der Öffnung nach oben an die Flasche kleben. Für beidseitiges Stillen befestigen Sie die Schläuche an beiden Brüsten.

Je nach Stillposition sollten Sie den Schlauch entsprechend ausrichten (am Beispiel der rechten Brust):

- Seitenhaltung**, Schlauch an der Oberlippe (a), Schlauch an der Unterlippe (b)
- Wiegehaltung**, Schlauch an der Oberlippe (c), Schlauch an der Unterlippe (d)

- Wenn Ihr Baby mit dem Schlauch im Mund anfängt an der Brust zu saugen, lösen Sie diesen aus dem Verbindungsring damit die Milch fließen kann (Bild 3). Wichtig ist dabei, dass das Baby immer aktiv an der Brust saugt und nicht nur an dem Schlauch.
- 10–20 Sekunden später lösen Sie auch den zweiten Schlauch aus dem Verbindungsring, damit sich der Unterdruck in der Flasche löst und Luft in die Flasche strömen kann (Bild 4). Wenn in der Flasche nun sichtbar Luftblasen aufsteigen, bekommt Ihr Baby die Milch aus der Flasche.

Die Fliessgeschwindigkeit der Milch im Schlauch lässt sich durch die Position der Flasche beeinflussen: Je höher die Flasche über dem Schlauchende hängt, desto schneller fliesst die Milch. Alternativ kann der Milchfluss auch mit einem leichten Druck auf die Flasche beeinflusst werden.

Bei der Verwendung eines Brusternährungssets ist es immer ratsam, die professionelle Beratung einer Stillberaterin oder medizinischen Fachperson in Anspruch zu nehmen.

Reinigung – vor dem ersten Gebrauch und sofort nach jeder Anwendung

- Zerlegen Sie das Set in seine Einzelteile und reinigen Sie alle Teile mit kaltem Wasser.
- Füllen Sie die Flasche mit kaltem Wasser, bauen Sie das Set vollständig zusammen und pressen das Wasser durch Druck auf die Flasche durch den Schlauch.
- Wiederholen Sie diese Schritte mit warmem Seifenwasser und anschliessend nochmal mit klarem, kaltem Wasser.
- Legen Sie alle Teile auf ein sauberes Tuch, um diese an der Luft zu trocknen. Trocken und sauber aufbewahren.

Desinfektion – vor dem ersten Gebrauch und einmal täglich

- Desinfizieren Sie alle Teile in einem Topf mit kochendem Wasser für 5 Minuten oder in der Mikrowelle (z.B. mit dem Ardo Easy Clean).
- Legen Sie alle Teile auf ein sauberes Tuch, um diese an der Luft zu trocknen. Trocken und sauber aufbewahren.

Entsorgung
Gemäss den lokalen Vorschriften

Entspricht den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 935/2004 für lebensmittelsichere Produkte.

Intended use
The Ardo supplemental nursing system is a special breast-feeding aid, which can be used to combine additional feeding and breastfeeding of your baby. It is mainly used in situations in which:

- the baby requires nutrition in addition to breast milk (e.g. for premature babies),
- the mother is not (yet) producing enough milk,
- the baby has difficulties with sucking or
- adoptive or foster parents would like to develop a breastfeeding relationship.

Safety instructions

- Ideally, milk should be fed at body temperature (max. 37 °C); never heat it in the microwave!
- Check the system before each use and dispose of it if damaged or soiled.
- Keep the system out of the reach of children.
- For hygiene reasons, this product is only intended for use by one person.

Use

- Before use, wash your hands thoroughly using soap and water.
- Pass the metal rod of the lanyard (1) through the eyelet on the bottle (2) and pull the lanyard tight.
- Fit the silicone valve with both tubes (3) onto the valve holder (4) and press firmly.
- Now feed the tubes through the attachment ring (5) from above and push the valve with holder into it.
- Pour the desired amount of milk into the bottle (2) and screw the attachment ring with valve onto the bottle.
- Clamp both tubes in the grooves of the attachment ring to block the flow of milk, before turning the bottle over (Figure 1).
- Hang the bottle around your neck at breast height and position the tube so that it is level with the nipple or barely protrudes away from it Figure 2). Secure the position of the tube using the adhesive strips (6).
- If you wish to feed from just one breast, you can affix the second tube onto the bottle with the opening facing up. To breastfeed from both sides, attach the tubes at both breast.

Depending on the breastfeeding position, you should guide the tube in the appropriate direction (in the example of the right breast):

- Football hold**, tube against the upper lip (a), tube against the lower lip (b)
- Cradle hold**, tube against the upper lip (c), tube against the lower lip (d)

- When your baby begins to suck at the breast with the tube in the mouth, release the tube from the attachment ring to allow milk to flow (Figure 3). It is important that the baby is always actively sucking at the breast and not only on the tube.
- After 10–20 seconds, release the second tube from the attachment ring so that the underpressure in the bottle is released and air can flow into the bottle (Figure 4). Once air bubbles visibly rise in the bottle, this means your baby is now receiving milk from the bottle.

The flow speed of milk through the tube can be adjusted by changing the position of the bottle: the higher the bottle hangs away from the end of the tube, the faster the milk will flow. Alternatively, the milk flow can be altered with a light pressure on the bottle.

When using a supplemental nursing system, it is always advisable to seek professional advice from a lactation consultant or a medical professional.

Cleaning – before using for the first time and immediately after each use

- Disassemble the system into its individual parts and clean all parts with cold water.
- Fill the bottle with cold water, fully assemble the system and squeeze the bottle to flush water through the tube.
- Repeat these steps with warm soapy water and then with clean, cold water.
- Place all parts onto a clean cloth to allow them to air dry. Ensure the system is clean and dry before storing

Disinfection – before using for the first time and once daily

- Disinfect all parts in a pan of boiling water for 5 minutes or in the microwave (e.g. with the Ardo Easy Clean).
- Place all parts onto a clean cloth to allow them to air dry. Ensure the system is clean and dry before storing.

Disposal
In accordance with local regulations.

Complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1935/2004 for food-safe products.

Usage prévu

Le système de nutrition supplémentaire Ardo est un moyen d’allaitement spécifique qui permet de combiner la complémentation alimentaire et l’allaitement du bébé. Il est avant tout utilisé dans les cas suivants:

- Le bébé a besoin d’être alimenté en plus du lait maternel tété au sein (par ex. chez les enfants prématurés),
- La mère ne produit pas (encore) suffisamment de lait,
- Le bébé a des difficultés de succion ou
- Les parents adoptifs ou nourriciers souhaitent établir une relation d’allaitement.

Consignes de sécurité

- Proposez le lait dans l’idéal à température corporelle (max. 37 °C); ne le réchauffez jamais au four à micro-ondes!
- Vérifiez le système avant chaque utilisation et éliminez-le en cas de dommages ou de souillures.
- Conservez le système hors de portée des enfants.
- Ce produit est réservé à une seule personne pour des raisons hygiéniques.

Utilisation

- Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et au savon avant toute utilisation.
- Enfilez la tige métallique du cordon (1) à travers l’ocillet du biberon (2) et serrez le cordon.
- Posez la valve de silicone avec les deux tubulures (3) sur le support de valve (4) et enfoncez fermement.
- Faites maintenant passer les tubulures par le haut à travers la bague de liaison (5) et insérez-y la valve et son support.
- Versez la quantité désirée de lait dans le biberon (2) et vissez la bague de liaison avec la valve sur le biberon.
- Coincez les deux tubulures dans les fentes de la bague de liaison pour bloquer le lait avant de retourner le biberon (Fig. 1).
- Suspendez le biberon à hauteur des seins autour du cou et positionnez la tubulure de telle manière qu’elle affleure au niveau du mamelon et n’en dépasse quasiment pas (Fig. 2). Fixez la tubulure en position à l’aide des bandes adhésives (6).
- Si vous ne souhaitez allaiter que d’un côté, vous pouvez coller la deuxième tubulure au biberon en veillant à en orienter l’extrémité vers le haut. Pour un allaitement bilatéral, fixez les tubulures sur les deux seins.

Posez la tubulure selon la position d’allaitement (à l’exemple du sein droit):

- Position face à face**, tubulure sur la lèvre supérieure (a), tubulure sur la lèvre inférieure (b)
- Position en berceuse**, tubulure sur la lèvre supérieure (c), tubulure sur la lèvre inférieure (d)

- Lorsque votre bébé commence à téter le sein avec la tubulure en bouche, retirez-la de la bague de liaison afin de permettre l’écoulement du lait (Fig. 3). Il est important que le bébé continue de téter activement le sein et pas seulement la tubulure.
- 10 à 20 secondes plus tard, retirez aussi la deuxième tubulure de la bague de liaison afin de neutraliser la dépression dans le biberon et de permettre à l’air d’y entrer (Figure 4). La présence de bulles d’air ascendantes dans le biberon indique que votre bébé reçoit le lait qu’il contient.

La rapidité d’écoulement du lait dans la tubulure peut être influencée par la position du biberon. Plus le biberon est haut par rapport à l’extrémité de la tubulure et plus le lait s’écoule rapidement. Le flux du lait peut alternativement aussi être commandé en appuyant légèrement sur le biberon.

En cas d’utilisation du système de nutrition supplémentaire, il est toujours recommandé de faire appel aux conseils professionnels d’une conseillère en allaitement ou d’un professionnel de santé.

Nettoyage – avant la première utilisation et immédiatement après chaque utilisation

- Démontez le système pour en désolidariser les différents composants individuels et nettoyez-les tous à l’eau froide.
- Remplissez le biberon d’eau froide, réassemblez entièrement le système et injectez l’eau à travers la tubulure en appuyant sur le biberon.
- Répétez ces étapes avec de l’eau savonneuse chaude, puis à nouveau avec de l’eau claire et froide.
- Déposez tous les composants sur une serviette propre pour les sécher à l’air. Conservez dans un endroit sec et propre.

Désinfection – avant la première utilisation et une fois par jour

- Désinfectez tous les composants dans une casserole remplie d’eau bouillante pendant 5 minutes ou au four à micro-ondes (par ex. avec le sachet Ardo Easy Clean).
- Déposez tous les composants sur une serviette propre pour les sécher à l’air. Conservez dans un endroit sec et propre.

Mise au rebut

conformément aux prescriptions locales

 Conforme au règlement (CE) n°1935/2004 relatif aux produits de sécurité alimentaire.

Uso previsto

Il sistema di allattamento integrativo Ardo è uno speciale ausilio per l’allattamento che consente di integrare allattamento al seno e nutrimento supplementare del bambino. È utilizzato soprattutto nelle situazioni in cui:

- il bambino necessita di un’integrazione al latte materno che riceve dal seno (ad es. in caso di neonati prematuri),
- la mamma non produce (ancora) abbastanza latte,
- il bambino ha difficoltà durante la suzione oppure
- i genitori adottivi o affidatari desiderano creare un legame durante l’allattamento.

Avvertenze di sicurezza

- È preferibile somministrare il latte a temperatura corporea (max. 37 °C); il latte non va mai riscaldato nel microonde!
- Controllare il sistema prima di ogni utilizzo. Smaltire in caso di danni o contaminazioni.
- Conservare il sistema fuori dalla portata dei bambini.
- Per motivi igienici questo prodotto è destinato a una sola persona.

Uso

- Prima dell’uso lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- Infilare il perno in metallo del laccio da collo (1) nell’occhiello del biberon (2) e stringere il nastro.
- Posizionare la valvola in silicone con i due tubicini (3) sull’apposito supporto (4) e premerlo con forza.
- Inserire i tubicini dall’alto nell’anello di congiunzione (5) e posizionare la valvola con il supporto al suo interno.
- Mettere la quantità desiderata di latte nel biberon (2) e avvitare l’anello di congiunzione con valvola sul flacone.
- Bloccare entrambi i tubicini nelle scanalature dell’anello di congiunzione per evitare il passaggio di latte, prima di capovolgere il biberon (fig. 1).
- Appendere il biberon all’altezza del seno intorno al collo e posizionare il tubicino in modo che sia a filo con il capezzolo o sporga leggermente (fig. 2). Fissare il tubicino nella posizione corretta utilizzando un nastro adesivo (6).
- Se si vuole allattare da un solo seno, è possibile fissare il secondo tubicino al biberon tenendo l’apertura rivolta verso l’alto. Per allattare da entrambi i lati fissare i tubicini ad entrambi i seni.

Il tubicino va orientato in base alla posizione di allattamento (esempio sul seno destro):

- Posizione a rugby**, tubicino posizionato sul labbro superiore (a), tubicino posizionato sul labbro inferiore (b)
- Posizione a culla**, tubicino posizionato sul labbro superiore (c), tubicino posizionato sul labbro inferiore (d)

- Quando il bambino con il tubicino in bocca inizia a succhiare dal seno, sganciare il tubicino dall’anello di congiunzione per consentire al latte di defluire (fig. 3). È importante che il bambino succhi sempre in modo attivo dal seno e non solo dal tubicino.
- Dopo 10–20 secondi sganciare anche il secondo tubicino dall’anello di congiunzione per eliminare il vuoto dal biberon e lasciare entrare aria (fig. 4). Quando si vedono bollicine d’aria risalire nel biberon, il bambino sta ricevendo il latte dal flacone.

La velocità del flusso di latte nel tubicino può variare in base alla posizione del biberon: quanto più in alto è posizionato il biberon rispetto all’estremità del tubicino, tanto maggiore sarà il flusso di latte. In alternativa, si può variare il flusso di latte esercitando anche una leggera pressione sul biberon.

Per l’utilizzo di un sistema di allattamento integrativo è sempre consigliabile avvalersi del supporto di una consulente dell’allattamento o di personale sanitario qualificato.

Pulizia – prima del primo utilizzo e subito dopo ogni utilizzo

- Smontare il sistema nei suoi singoli componenti e pulire tutto con acqua fredda.
- Riempiere il biberon con acqua fredda, rimontare completamente il sistema e premere il biberon per far passare l’acqua attraverso il tubicino.
- Ripetere queste fasi con acqua calda e sapone. Concludere risciac-quando con acqua pulita, fredda.
- Riporre tutte le parti su un panno pulito e lasciarle asciugare all’aria. Conservare pulito e ben asciutto.

Disinfezione – prima del primo utilizzo e una volta al giorno

- Disinfettare tutte le parti in un recipiente con acqua bollente per 5 minuti o nel microonde (ad es. con l’Ardo Easy Clean).
- Riporre tutte le parti su un panno pulito e lasciarle asciugare all’aria. Conservare pulito e ben asciutto.

Smaltimento

Nel rispetto delle normative locali.

 È conforme ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1935/2004 per i prodotti sicuri per gli alimenti.

Uso previsto

El sistema de alimentación suplementaria de Ardo es una ayuda especial para la lactancia, que permite combinar la alimentación suplementaria con la lactancia del bebe. Se utiliza especialmente en aquellas situaciones en las que:

- el bebé necesita alimentación adicional, además de la leche materna (p. ej., en los bebés prematuros),
- la madre no produce (todavía) suficiente leche,
- el bebé tiene dificultades para succionar o
- los padres adoptivos o de acogida quieren establecer una relación de lactancia.

Indicaciones de seguridad

- A ser posible, ofrezca al bebé la leche a temperatura corporal (máx. 37 °C); jno la caliente nunca en el microondas!
- Compruebe el sistema antes de cada uso y deséchelo en caso de daños o suciedad.
- Guarde el sistema fuera del alcance de los niños.
- Por motivos de higiene, este producto está previsto solo para una persona.

Aplicación

- Antes del uso lávese bien las manos con agua y jabón.
- Pase el pasador metálico de la correa para el cuello (1) por la anilla de la botella (2) y apriete la correa.
- Coloque la válvula de silicona con ambos tubos (3) en el soporte de la válvula (4) y apriételo firmemente.
- Ahora, guíe los tubos desde arriba a través del anillo de conexión (5) e introduzca en él la válvula con el soporte.
- Llene la botella (2) con la cantidad de leche deseada y enrosque el anillo de conexión con la válvula en la botella.
- Aprisione ambos tubos en las ranuras del anillo de conexión para bloquear la leche antes de girar la botella hacia abajo (imagen 1).
- Cuelgue la botella alrededor de su cuello, a la altura del pecho, y coloque el tubo de manera que se encuentre al ras del pezón o sobresaliendo mínimamente (imagen 2). Asegure la posición del tubo con la ayuda de las tiras adhesivas (6).
- Si solo quiere amamantar desde un pecho puede adherir el segundo tubo a la botella con el orificio hacia arriba. Para amamantar al bebé de ambos pechos sujete cada tubo en un pecho.

Oriente el tubo según la posición para amamantar (en el ejemplo se muestra el pecho derecho):

- Posición de nido**, tubo en el labio superior (a), tubo en el labio inferior (b)
- Posición de cuna**, tubo en el labio superior (c), tubo en el labio inferior (d)

- Quando el bebé empieza a mamar del pecho con el tubo en la boca, libere el tubo del anillo de conexión para que la leche pueda fluir (imagen 3). Es importante que el bebé mame de manera activa del pecho y no solo del tubo.
- Transcurridos entre 10–20 segundos, suelte el segundo tubo del anillo de conexión para que se libere la presión negativa en la botella y el aire pueda entrar en él (imagen 4). Cuando en la botella se vean subir burbujas de aire, significa que el bebé está tomando leche de la botella.

La posición de la botella puede influir sobre la velocidad del flujo de la leche en el tubo: cuanto más alto cuelgue la botella respecto del extremo del tubo, más rápido fluirá la leche. Alternativamente, también es posible influir sobre el flujo de leche presionando ligeramente la botella.

Si se utiliza un sistema de alimentación suplementaria aconsejamos siempre consultar a una asesora de lactancia o a un profesional médico.

Limpieza – antes del primer uso e inmediatamente después de cada aplicación

- Desmonte el sistema en sus componentes y límpielos con agua fría.
- Llene la botella con agua fría, monte el sistema por completo y apriete la botella para que el agua salga por el tubo por la presión.
- Repita este paso con agua jabonosa caliente y, a continuación, con agua limpia fría.
- Coloque los componentes sobre un paño limpio y deje que se sequen al aire. Guárdelos secos y limpios.

Desinfección – antes del primer uso y una vez al día

- Desinfecte todos los componentes en una olla con agua hirviendo durante 5 minutos o en el microondas (p. ej., con el Ardo Easy Clean).
- Coloque los componentes sobre un paño limpio y deje que se sequen al aire. Guárdelos secos y limpios.

Eliminación

Según las normas locales.

 Cumple los requisitos del Reglamento (CE) n° 1935/2004 para productos seguros para los alimentos.

Beoogd gebruik

De Ardo-borstvoedingshulpset is een speciaal hulpmiddel voor het borstvoeden, waarmee bijvoeding en borstvoeding van de baby zich laten combineren. Het wordt voornamelijk gebruikt in situaties waarin:

- de baby naast moedermelk uit de borst bijvoeding nodig heeft (bijvoorbeeld bij vroeggeboorten),
- de moeder (nog) niet voldoende melk produceert,
- de baby moeite heeft met zuigen of
- adoptie- of pleegouders een borstvoedingsrelatie willen opbouwen.

Veiligheidsinstructies

- Geef melk bij voorkeur op lichaamstemperatuur (max. 37 °C); warm hem nooit op in de magnetron!
- Controleer de set iedere keer voor gebruik en gooi hem weg als hij beschadigd of vervuild is.
- Bewaar de set buiten het bereik van kinderen.
- Om hygiënische redenen is dit product bedoeld voor slechts één persoon.

Gebruik

- Was voor gebruik uw handen grondig met water en zeep.
- Steek de metalen pin van de omhangband (1) door het oogje in de fles (2) en trek de omhangband aan.
- Plaats het siliconenventiel met de twee slangen (3) op de ventielhouder (4) en druk het stevig op zijn plaats.
- Leid nu de slangen van bovenaf door de verbingsring (5) en plaats daarin het ventiel met de houder.
- Giet de gewenste hoeveelheid melk in de fles (2) en schroef de verbingsring met ventiel op de fles.
- Klem beide slangen in de gleuven van de verbingsring in om de melk te blokkeren voordat u de fles omdraait (afb. 1).
- Hang de fles om uw nek op borsthoogte en zorg dat de slang zo gepositioneerd is dat hij gelijk is met de tepel of er minimaal uitsteekt (afb. 2). Zet de slang in die positie vast met de plakstrips (6).
- Als u maar vanuit één borst borstvoeding wilt geven, kunt u de tweede slang aan de fles vastplakken, met de opening naar boven. Bevestig de slangen voor tweezijdige borstvoeding aan beide borsten.

Zorg er afhankelijk van de borstvoedingspositie voor dat het buisje dienovereenkomstig is uitgelijnd (met de rechterborst als voorbeeld):

- rugbyhouding**, slang aan de bovenlip (a), slang aan de onderlip (b)
- bakerhouding**, slang aan de bovenlip (c), slang aan de onderlip (d)

- Als uw baby aan de borst begint te zuigen met het slangetje in de mond, maak hem dan los uit de verbingsring om de melk te laten stromen (afb. 3). Het is belangrijk dat de baby daarbij altijd actief aan de borst zuigt en niet alleen aan de slang.
- Maak 10–20 seconden daarna ook de tweede slang los van de verbingsring, zodat het vacuüm in de fles wordt opgeheven en er lucht in de fles kan stromen (afb. 4). Als er nu zichtbaar luchtbelletjes in de fles opstijgen, krijgt uw baby melk uit de fles.

De stroomsnelheid van de melk in het slangetje kan worden beïnvloed door de positie van de fles aan te passen: Hoe hoger de fles boven het uiteinde van de slang hangt, hoe sneller de melk stroomt. De vloei van de melk kan ook worden beïnvloed door licht indrukken van de fles.

Bij het gebruik van een borstvoedingshulpset is het altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een borstvoedingsconsulent of medische zorgverlener.

Reiniging – eerste keer voor gebruik en iedere keer direct na gebruik

- Demonteer de set in de afzonderlijke onderdelen en reinig alle onderdelen met koud water.
- Vul de fles met koud water, monteer de set volledig en druk het water door de slang door indrukken van de fles.
- Herhaal deze stappen met warm water met zeep en daarna nog een keer met schoon, koud water.
- Laat alle onderdelen op een schone doek aan de lucht drogen. Droog en schoon bewaren.

Desinfectie – eerste keer voor gebruik en een keer per dag

- Desinfecteer alle onderdelen gedurende 5 minuten in een pan met kokend water of in de magnetron (bijvoorbeeld met de Ardo Easy Clean).
- Laat alle onderdelen op een schone doek aan de lucht drogen. Droog en schoon bewaren.

Afvalverwijdering

Volgens de lokale regelgeving.

 Voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1935/2004 voor voedselveilige producten.